


«Утверждаю»

Заместитель генерального директора –
главный инженер

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»


 В. М. Матвеев
«05» «11» 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по работ по ремонту миллиомметра МИКО 8-МА

Наименование и цели использования оказываемых услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких услуг необходимо Заказчику)
<i>Оказание услуг по ремонту миллиомметра МИКО-8МА в количестве 1 (одной) штуки</i>
Перечень и объёмы услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учётом потребностей Заказчика)
1. Ремонт внутреннего источника питания 2. Ремонт внутреннего источника измерительного тока 3. Ремонт печатной платы 4. Настройка и калибровка 5. Технические испытания
Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстрированных материалов, доставке, разгрузке и др.)
<i>Обеспечение необходимой аппаратурой, программным обеспечением, расходными материалами и запасными частями возлагается на Исполнителя.</i>
Общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания услуг, методам и методики оказания услуг (в том числе приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества оказываемых услуг)
<i>Оказание услуг согласно требованиям: Работы считаются выполненными, если прибор прошел настройку и технические испытания и готов к проведению метрологической поверки в соответствии с требованиями инструкции СКБ 141.00.00.000-01 МП «Миллиомметры МИКО-7М, МИКО-8М, МИКО-9 измеритель сопротивления обмоток. Методика поверки»</i>
Порядок оплаты, сдачи и приёмки результатов, гарантийные обязательства
<i>Расчет производится на условиях: 100% оплата по факту выполнения работ в течение 7 рабочих дней со дня подписания Универсального передаточного документа (УПД). Гарантийный срок эксплуатации оборудования устанавливается 6 (шесть) месяцев с момента подписания Сторонами УПД</i>

Начальник ПЛИЗП

 А. А. Васильев