

Техническое задание

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики товара, работы, услуги															
1	Газоанализатор ОКА -92 МТ	шт.	8	Газоанализатор портативный, переносной, Газоанализатор кислорода, горючих и токсичных газов с калибровкой по метану и угарному газу с выносным блоком датчиков для колодцев на кабеле 6 метров, исполнение не взрывозащищенное, Способ забора пробы – диффузионный, Анализируемая среда - воздух рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88. 1 Контролируемая среда, газы – CH₄, O₂,CO, H₂S; Сигнализация – звуковая и световая встроенная (при выходе содержания определяемых компонентов за установленные пороговые значения), Пределы допускаемых значений основной погрешности: 1. - абсолютной погрешности канала измерения содержания кислорода – ± 1,0 % (об.); 2. - приведенной погрешности канала измерения содержания горючих газов и диоксида углерода в диапазоне от 0 до 40 % верхнего предела измерения, и каналов токсичных газов в диапазоне от 0 до 1 ПДК – ± 25 %; Время прогрева газоанализатора от момента включения питания до момента установления выходного сигнала: 1. - для каналов определения кислорода и горючих газов не более 15 с; 2. - для каналов сигнализации токсичных газов и диоксида углерода - не более 15 мин. (группа П2 по ГОСТ 13320-81); Напряжение питания не более 9 В, Потребляемая мощность: не более 0,8 Вт на канал измерения. Перечень измеряемых компонентов: <table><tr><th>Определяемый компонент</th><th>Диапазон показаний</th><th>Диапазон измерений</th></tr><tr><td>Кислород O₂</td><td>0...36 об.доли %</td><td>0...30 об %</td></tr><tr><td>Оксид углерода CO 1ПДК=20мг/м3</td><td>0-120мг/м3</td><td>0- 100мг/м3</td></tr><tr><td>Сероводород H₂S 1 ПДК = 10 мг/м3</td><td>0 ... 36,0 мг/м3</td><td>0 ... 30,0 мг/м3</td></tr><tr><td>Метан CH₄ 100 %НКПР=4,4об.%</td><td>0...1,00 об. доли %</td><td>0...0,50 об.%</td></tr></table> Сенсоры на газы (CH₄, CO) выдерживают перегрузку по концентрации при содержании определяемого компонента до 100 об.%; Индикация показаний - ЖК-дисплей с подсветкой, Габаритные размеры блоков газоанализатора не более : Блок управления - 140мм × 65мм × 25мм, Блок датчиков - Ø75×150; Ø50×150, Срок службы газоанализатора не менее 10 лет, Межповерочный интервал - не менее 12месяцев , Масса газоанализатора с выносным блоком датчиков не более 1,2кг. Комплект поставки: Газоанализатор с выносным блоком датчиков (для колодцев) -1шт, Кабель – 6м, Блок питания (зарядное устройство) -1шт, Сумка для переноски -1шт Руководство по эксплуатации, методика поверки, паспорт с поверкой.	Определяемый компонент	Диапазон показаний	Диапазон измерений	Кислород O ₂	0...36 об.доли %	0...30 об %	Оксид углерода CO 1ПДК=20мг/м3	0-120мг/м3	0- 100мг/м3	Сероводород H ₂ S 1 ПДК = 10 мг/м3	0 ... 36,0 мг/м3	0 ... 30,0 мг/м3	Метан CH ₄ 100 %НКПР=4,4об.%	0...1,00 об. доли %	0...0,50 об.%
Определяемый компонент	Диапазон показаний	Диапазон измерений																	
Кислород O ₂	0...36 об.доли %	0...30 об %																	
Оксид углерода CO 1ПДК=20мг/м3	0-120мг/м3	0- 100мг/м3																	
Сероводород H ₂ S 1 ПДК = 10 мг/м3	0 ... 36,0 мг/м3	0 ... 30,0 мг/м3																	
Метан CH ₄ 100 %НКПР=4,4об.%	0...1,00 об. доли %	0...0,50 об.%																	

Условия для включения в договор.

1. Место поставки товара, оказания услуг, проведение работ: г. Саратов, ул. Провиантская д 21.
2. Условия и сроки (периоды) поставки товара: с момента заключения договора течении 14 календарных дня (дней), по заявке заказчика в количестве не более _____.
3. Гарантия на поставленный товар должна составлять не менее 12 месяцев
4. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится заказчиком за счет собственных средств, путем перечисления на расчетный счет Поставщика, по факту поставки товара Поставщиком в течение 60 календарных дней после подписания сторонами товарной накладной, на основании выставленного счета.
5. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой транспортного средства и с соблюдением условий хранения, транспортировки, предусмотренных инструкцией по применению к Товару.
6. Цена договора включает в себя: стоимость поставляемого товара, тары, упаковки, расходы на доставку, установку, страхование, хранение, выполнение погрузо-разгрузочных работ с учетом доставки на склад Заказчика (включая подъем на этаж), расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

Начальник ИТО
Утигалиев Борис Александрович



« _____ » 2026 год

Начальник отдела МТиХО
Михеева Елена Владимировна

« _____ » 2026 год