

Техническое задание

Условия для включения в договор.

1. Место поставки товара:

- 1.1. Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский»: 412913, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Одесская, д. 2;
- 1.2 Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Воскресенский»: 413041, Саратовская обл., Воскресенский район, с. Елшанка, ул. Школьная, 1/1;
- 1.3 Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Ершовский»: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул. Степная, д. 10;
- 1.4 Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Красноармейский»: 412800, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. Профсоюзная, д.1;
- 1.5 Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Новоузенский»: 413361, Саратовская обл., г Новоузенск, ул. Хайкина, д.11А
- 1.6 Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Пугачевский», 413727 Саратовская обл., г. Пугачев, ул. 1 микрорайон, д.28/1

2. Условия поставки:

Поставка товара – силами и за счет Поставщика по адресам Заказчика.

3. Срок (периодичность) поставки товара:

Поставка товара осуществляется в течение 35 календарных дней с момента направления письменной заявки Заказчика. Количество заявок не более 5.

4. Срок действия договора:

С момента заключения договора по 31 июля 2027 года. Окончание срока действия Договора не влечёт за собой прекращение обязательств по Договору.

5. Общие требования к поставляемому товару:

- 5.1. Поставляемый товар должен быть изготовлен в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованным.
- 5.2. Все средства измерений должны быть включены в реестр утвержденных типов средств измерений согласно ФГИС «Аршин».
- 5.3. Вся сопроводительная документация (паспорта, РУ и т.д.) должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым товаром.
- 5.4. На средства измерения должны быть свидетельства о государственной поверке, результаты которой должны быть внесены в ФГИС «Аршин». На испытательное оборудование должно быть выдано свидетельство о первичной аттестации (или протокол первичной аттестации) и методика аттестации (желательно).
- 5.5. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении и не содержащим повторно используемые детали (части).
- 5.6. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента поставки товара. В случае поставки неисправного товара или товара с дефектами замена или гарантийный ремонт (включая транспортные расходы) за счет Поставщика.

6. Требования к документам, подтверждающим соответствие товара:

Вместе с товаром передаются паспорта на оборудование, РУ и т.д., а также свидетельства о метрологической поверке средств измерений, на испытательное оборудование свидетельства (протоколы) первичной аттестации.

7. Требования к условиям оплаты:

- 7.1. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком, в течение 7 рабочих дней на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры) по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями по факту поставки товара, после подписания Заказчиком и Поставщиком товарной накладной (УПД).

- 7.2. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресам заказчика с соблюдением условий хранения и транспортировки, предусмотренных инструкцией по применению к товару.
- 7.3. Цена договора включает в себя: стоимость поставляемого товара, упаковки, расходы на доставку, страхование, хранение, выполнение погрузо-разгрузочных работ, с учетом доставки по указанным адресам Заказчика, расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

Приложение № 1
к техническому заданию

№	Наименование прибора	Кол-во	Филиал
1	Баня водяная Диапазон температур, °С – от комнатной +5 °С до 100 °С; Точность установления температуры, °С: не более ± 1; Точность поддержания температуры, °С: не более ± 1; Количество рабочих мест, шт: не менее 4; Защита нагревательного элемента от перегрева; Индикация состояния нагревателя и аварийной защиты. В комплект должна входить система из концентрических колец, позволяющая размещать в ванне различные колбы, стаканы, чашки для выпаривания и т.д. объемом до 1 л	1	Красноармейск
2	Барометр БАММ 1 Диапазон измеряемого давления, кПа (мм рт. ст.) 80...106 (600...800), пределы допускаемых погрешностей барометра, кПа (мм рт. ст.), не более ±0,2 (1,5)	6	Вольск (1), Ершов (2), Красноармейск (1) Новоузенск (1) Пугачев (1)
3	Весы аналитические ВЛ-224В-С или аналог Класс точности: (I) специальный Максимальная нагрузка: не менее 210 - 220 г Дискретность 0,0001 г Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при поверке: - от 0,01 г до 50 г включительно: не более ±0,5мг; - свыше 50 г до 200 г включительно: не более ±1,0мг; - свыше 200 г до 220 г включительно: не более ±1,5мг Самокалибровка	3	Вольск (1), Ершов (1), Красноармейск (1)
4	Весы лабораторные Госметр ВЛТЭ-510С или аналог Класс точности: (II) высокий Максимальная нагрузка: 510 г Дискретность 0,01 г Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при поверке: - от 0,5 г до 500 г включительно: не более ±50мг; - свыше 500 г до 510 г включительно: не более ±100мг Самокалибровка	1	Елшанка
5	Микроскоп Микромед 1 или аналог Моно/бинокулярный Увеличение: не менее, чем 40х-1000х	1	Вольск
6	Набор гирь 2 класс Г-2-210 или аналог Класс точности F1. Номинальные значения массы гирь, которые входят в комплект - 1 г; 2 г; 5 г; 10 г; 20 г; 50 г; 100 г.	2	Вольск (1), Елшанка (1)
7	Плитка электрическая настольная 2 конфорки Нагревательный элемент - чугун	1	Красноармейск
8	рН-метр или иономер с термокомпенсатором Диапазон рН: не уже 1 - 12 ед. рН Пределы допускаемой абсолютной погрешности: не более ±0,1	3	Ершов (1) Красноармейск (1) Новоузенск (1)

№	Наименование прибора	Кол-во	Филиал
	ед. pH Калибровка автоматическая Электрод комбинированный должен входить в комплект		
9	Спектрофотометр КФК-3 КМ или аналог Диапазон длин волн: не уже 325–1000 нм Точность установки длины волны: ± 2 нм Диапазон измерения коэффициента пропускания, % 0 – 100 Абсолютная погрешность измерения коэффициента пропускания, % $\pm 1,0$ Напряжение питающей сети: 220 В, 50 Гц По возможности в комплект поставки должен входить набор кювет (10, 20, 30, 50 мм)	1	Красноармейск
10	Стерилизатор паровой Объем стерилизационной камеры, л не более 25 Рабочее давление, МПа 0,105 – 0,14 Диапазон регулировки давления, МПа 0,02 – 0,25 Диапазон установленного времени, мин: 0-60 Питание, В/Гц: 220/50	1	Новоузенск
11	Термометр стеклянный жидкостной Диапазон измерения температуры: не уже 0 ... +100°C Цена деления: 1°C	4	Ершов (1), Новоузенск (2) Пугачев (1)
12	Термометр стеклянный жидкостной Диапазон измерения температуры: не уже 0 ... +100°C Цена деления: 0,5°C	7	Вольск (1), Ершов (2), Красноармейск (1) Новоузенск (2) Пугачев (1)
13	Термостат АТ-1 для БПК (+20$\pm$0,5 °C) или аналог Поддержание температуры в рабочем объеме + 20,0 °C с отклонением не более $\pm 0,5$ °C. Разрешающая способность индикатора температуры, °C: 0,1 Объем 27л В комплект поставки должен входить протокол первичной аттестации	1	Вольск
14	Термостат суховоздушный электрический ТС 1/80 СПУ или аналог Объем камеры – 80л Амплитуда колебаний температуры в любой точке рабочего объема, °C $\pm 0,4$ В комплект поставки должен входить протокол первичной аттестации	1	Вольск
15	Центрифуга медицинская Скорость вращения 1000 - 4000 об/мин; шаг 100 оборотов	1	Ершов
16	Шкаф сушильный Диапазон рабочих температур: не уже +50 ... + 300 °C Погрешность поддержания температуры: не более ± 2 °C Объем: 35 - 60л Наличие установки и регулирования температуры и времени Наличие принудительной конвекции Аварийное отключение при перегреве Питание (напряжение / частота): 220 $\pm$ 10% В, 50 Гц	3	Красноармейск (1), Новоузенск (1), Пугачев (1)
17	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10601/7 для pH-метра	1	Ершов
18	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10603/7 для pH-метра	2	Ершов (1), Пугачев (1)